

请意向供应商提供设备参数、最终报价、质保期及其他必要信息（如涉及接口费请明确列出）；

包号	序号	设备名称	预算金额	参数	备注
01	1	心电图机	2万元	1、12导联心电图机； 2、具有中文操作界面，电源插头需符合中国大陆地区标准，无需适配器； 3、具有药监部门批准的相关备案证明材料； 4、每导联采样率≥16000Hz； 5、频率：0.01-280HZ。	需标注接口费
02	1	抢救车	5200元	1、尺寸：不低于L965*W560*W980； 2、具备中控锁； 3、抽屉数量不低于4； 4、具备氧气筒架、心肺复苏板、电源插排、2个以上垃圾桶、单制脚轮（非静音轮须按科室要求更换）等。	需附图片
	2	处置车	3000元	1、规格：≥750×560×1065mm； 2、凹字形ABS模具成型台面； 3、不低于两层钢制抽屉且具备自由组合分格功能； 4、不低于三排输液挂钩，每排不少于5个； 5、直径不小于125mm静音轮且带制动（非静音轮须按科室要求更换）； 6、需配备不低于2个垃圾桶、副台面、桌面垫、中控锁及药盒等。	需附图片
	3	扫床车	3000元	1、规格：≥950*495*905mm； 2、采用304B不锈钢。主要板厚≥0.8mm； 3、不低于三层器械台机帆布污物袋组合； 4、配备静音轮（非静音轮须按科室要求更换）。	需附图片
	4	移动输液架	1000元	1、不锈钢材质 2、结构：底座带五个静音轮（非静音轮须按科室要求更换）+塑料台板+可伸缩输液挂钩（伸缩范围不低于1米）； 3、配可调节高度推手。	需附图片
03	1	同步时钟	3200元	1、独立计时精度：≤±0.05秒/天； 2、同步精度：≤1-5mS； 3、RS422接口； 4、电源电压：220V±20%。	需附图片
04	1	冰箱	9000元	1、边框无加热； 2、可安装检测模块； 3、温度范围：2℃-8℃； 4、具备报警功能。	不低于310L (附图)
	2		1.85万元		不低于760L (附图)
05	1	减重床	4.7万元	1、用于减重手术； 2、整床尺寸规格：≥2170×1050×470-750mm； 3、电动控制，不低于五种体位控制； 4、单制动静音轮； 5、承重不低于350KG。	需附图片
06	1	乳腺旋切式活检系统	5万元	1、中文触摸式操作界面； 2、可显示工作状态、累计次数等主要信息； 3、取样槽不低于30mm，且可调节并适用于不同大小病灶； 4、具有多种工作模式（请详细说明）； 5、转速不低于600r/min。	